

# Lentilles de contact Journalières Jetables

## BAUSCH + LOMB™

⚠ NOTICE D'UTILISATION

Cette notice à l'attention des porteurs de lentilles de contact souples hydrophiles Journalières Jetables, concerne les instructions à suivre pour le port et le soin de leurs lentilles.

Elle s'applique à :

Désignation	Type de matériau	Teneur en eau (% p/p)	Solution de conservation
<b>SofLens® daily disponible</b> (Hilafilcon B) Lentilles de contact légèrement teintées pour faciliter la manipulation	Hilafilcon B	59	Solution saline tampon borate avec 0,5 % de poloxamine
<b>SofLens® daily disponible Toric For Astigmatism</b> (Hilafilcon B) Lentilles de contact légèrement teintées pour faciliter la manipulation	Hilafilcon B	59	Solution saline tampon borate avec 0,5 % de poloxamine
<b>Biotrue® ONEday</b> (Nesofilcon A) Lentilles de contact légèrement teintées pour faciliter la manipulation	Nesofilcon A	78	Solution saline tampon borate avec 0,5 % de poloxamine
<b>Biotrue® ONEday pour Presbytes</b> (Nesofilcon A) Lentilles de contact légèrement teintées pour faciliter la manipulation	Nesofilcon A	78	Solution saline tampon borate avec 0,5 % de poloxamine

## Description et conditions de port

Ces lentilles sont des lentilles jetables à port journalier qui doivent être jetées après chaque période de port, soit 1 jour.

Toute réutilisation peut entraîner une infection et/ou de graves lésions oculaires.

Suivez toujours les recommandations de votre professionnel de soin des yeux en matière de durée de port.

Ces lentilles sont fournies stériles (stérilisation à la vapeur) **STERILE**  et peuvent être utilisées sur une période de 1 jour.

N'utilisez jamais les lentilles en cas de dommage, de fuite ou d'ouverture du blister qui les contient.

## Indications

Les lentilles de contact (hilafilcon B et nesofilcon A) de Bausch + Lomb sont indiquées en port journalier pour la correction de l'amétropie de réfraction (myopie, hypermétropie, astigmatisme et réduction de l'aberration sphérique), presbytie chez des patients aphaques ou non, dont les yeux sains présentent un astigmatisme réfractif jusqu'à 2 dioptries (jusqu'à 5 dioptries pour la lentille SofLens® daily disponible toric for Astigmatism) qui n'abaisse pas l'acuité visuelle. Les lentilles doivent être prescrites pour un port journalier à usage unique dans des puissances sphériques de +20,00D à -20,00D, et doivent être jetées après chaque retrait.

## Instructions pour la pose et le retrait de vos lentilles

Toujours se laver les mains (en évitant les savons parfumés ou à base d'actifs) et les essuyer soigneusement avant de manipuler vos lentilles de contact.

Posez la lentille sur la paume de la main et assurez-vous qu'elle est dans le bon sens.



Vérifiez l'état de la lentille avant de la placer sur votre œil. N'utilisez jamais une lentille rayée ou endommagée.

Pour retirer vos lentilles, toujours se laver et s'essuyer soigneusement les mains puis utilisez un de vos doigts pour faire glisser la lentille en périphérie inférieure de l'œil et la récupérer. En cas de difficulté, utiliser une goutte de confort pour faciliter le retrait de la lentille.

Jetez les lentilles après un jour d'utilisation.

## Instructions pour manipuler vos lentilles

- toujours se laver et se rincer les mains avant de manipuler vos lentilles de contact pour ne pas contaminer vos lentilles et/ou vos yeux avec des traces de produits cosmétiques, de lotions, savons, crèmes ou parfums,
- n'utilisez jamais d'objets pointus ou vos ongles pour sortir les lentilles de leur étui ou les retirer de vos yeux,
- jetez vos lentilles après une journée d'utilisation.

## Avertissement et précautions

La non-observance des recommandations de votre professionnel de soin des yeux en matière de durée de port et de période de renouvellement de vos lentilles, peut augmenter le risque d'infections oculaires graves.

Pour une lentille de contact journalière jetable, ne pas porter les lentilles au delà d'un jour ou pendant votre sommeil.

Vous ne devez pas porter de lentilles de contact si vous :

- présentez une allergie, une inflammation, une infection, une rougeur-oculaires ou péri-oculaires,
- présentez une sécheresse oculaire
- souffrez d'un état de rhume, de grippe ou de toute maladie générale qui pourrait être affectée par le port de lentilles de contact ou pourrait affecter le port de lentilles.

Veillez consulter votre professionnel de soin des yeux avant de porter des lentilles de contact, si vous pratiquez des sports nautiques, demeurez de façon prolongée en environnement très sec et/ou poussiéreux, ou si vous utilisez un ou plusieurs collyres.

Vous devez immédiatement arrêter le port de lentilles en cas de:

- sensation de picotement, brûlure, démangeaison, irritation ou douleur oculaires
- inconfort oculaire anormal
- hypersécrétions oculaires ou larmoiments
- rougeur oculaire
- sécheresse oculaire sévère et persistante
- vision réduite ou trouble de la vision
- arc-en-ciel ou halos à proximité des lumières
- photosensibilité excessive

Si un (ou plusieurs) de ces symptômes persiste (nt) après utilisation de nouvelles lentilles, retirer définitivement vos lentilles et allez consulter votre ophtalmologiste.

Ces troubles, s'ils ne sont pas déclarés et pris en compte, peuvent conduire à de sérieuses aggravations et/ou complications oculaires.

## Avertissement particulier pour Biotrue® ONEday et Biotrue® ONEday pour Presbytes

Les lentilles de contact Biotrue® ONEday avec filtre UV ne remplacent pas les verres protecteurs à filtre UV, comme les lunettes de sécurité ou les lunettes de soleil à filtre UV, parce qu'elles ne couvrent pas complètement l'œil et le pourtour de l'œil. Vous devez continuer à utiliser des verres protecteurs à filtre UV, comme indiqué.

**Remarque :** L'exposition à long terme au rayonnement ultraviolet est l'un des facteurs de risque associés avec les cataractes. L'exposition repose sur un certain nombre de facteurs comme les conditions environnementales (altitude, géographie, couverture nuageuse) et des facteurs personnels (étendue et nature des activités de plein air). Les lentilles de contact avec filtre UV permettent de fournir une protection contre le rayonnement ultraviolet nocif.

**Remarque :** L'efficacité du port des lentilles de contact avec filtre UV dans la prévention ou réduction de l'incidence des troubles oculaires associés à l'exposition à la lumière ultraviolette n'a pas encore été établie. Toutefois, des études cliniques n'ont pas été réalisées pour démontrer que le port des lentilles de contact avec filtre UV réduit le risque de développer des cataractes ou d'autres troubles oculaires. Contactez votre spécialiste pour plus d'informations.

## Référence des symboles utilisés sur le blister et la boîte



Droit acquitté pour la gestion des déchets selon directive 94/62/EC



Prescription et délivrance uniquement par un professionnel de soin des yeux.



Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, NY 14609, USA



Indique le marquage de conformité CE



Bausch & Lomb Incorporated,  
106 London Road - Kingston-upon-Thames KT2 6TN, Royaume-Uni

0050

Numéro de l'organisme certifié



Ne pas réutiliser



Limite de température